

IRON FERROZINE 

REF 1135005

2 x 50 mL

## CONTENIDO

R1.Reactivo 2 x 40 mL

R2.Reactivo 1 x 20 mL

CAL. Patrón 1 x 3 mL

Sólo para uso diagnóstico *in vitro*

## HIERRO



FERROZINE

Método colorimétrico

PUNTO FINAL

## FUNDAMENTO

El  $\text{Fe}^{3+}$  transportado por la transferrina sérica, una vez disociado en un medio ligeramente ácido por acción del Teepol y el cloruro de guanidinio, es reducido por la acción de la hidroxilamina a  $\text{Fe}^{2+}$ , formando el ión ferroso en presencia de FerroZine® un complejo coloreado proporcional a la concentración de hierro presente en la muestra.<sup>1,2</sup>



® Marca registrada. Hach Chemical Co. Ames, Iowa.

## COMPOSICION DE LOS REACTIVOS

**R1** **Tampón/Reductor.** Cloruro de guanidinio 1,0 mol/L, hidroxilamina 0,6 mol/L, tampón acetato 400 mmol/L pH 4,0, Teepol.

**R2** **Cromógeno.** FerroZine 8 mmol/L, acetato de sodio 400 mmol/L.

**CAL** **Patrón de hierro.** Ión férrico 100  $\mu\text{g}/\text{dL}$  (17,9  $\mu\text{mol}/\text{L}$ ). El valor de concentración es trazable al Material de Referencia Certificado NIST 937..

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

 Conservar a 2-8°C.

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la luz y evitar la contaminación durante su uso.

**Descartar si se observan signos de deterioro:**

- Presencia de partículas y turbidez.

- Absorbancia del Blanco (A) a 560 nm > 0,050 en cubeta de 1 cm.

## PREPARACION DE LOS REACTIVOS

**Reactivo de trabajo.** Mezclar 4 volúmenes de R1 + 1 volumen de R2. Estable 6 meses a 2-8°C.

## MUESTRAS

Suero o plasma heparinizado separado de los hematíes a la mayor brevedad posible.

Las muestras hemolizadas deberán rechazarse por elevar falsamente los resultados.

El hierro sérico es estable 3 semanas a 2-8°C y unos 7 días a 20-25°C. Congelar para una conservación más prolongada.

## INTERFERENCIAS

- Lipemia (intralipid > 1,25 g/L) puede afectar los resultados.
- Bilirubina (< 40 mg/dL) no interfiere.
- Hemoglobina pueden afectar los resultados
- Otros medicamentos y sustancias pueden interferir<sup>3</sup>.

## EQUIPO ADICIONAL

- Fotómetro o colorímetro para mediciones a  $560 \pm 20$  nm.
- Pipetas de volumen variable con puntas de plástico desechables para reactivos y muestras.
- Tubos de plástico desechables para las pruebas.

## TECNICA

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.
2. Pipetear en tubos rotulados:

TUBOS	Blanco de reactivo	Blanco de muestra	Muestra	CAL. Patrón
Agua destilada	200 $\mu\text{L}$	-	-	-
Muestra	-	200 $\mu\text{L}$	200 $\mu\text{L}$	-
CAL.Patrón	-	-	-	200 $\mu\text{L}$
<b>R1</b>	-	1,0 mL	-	-
Reactivo de trabajo	1,0 mL	-	1,0 mL	1,0 mL

3. Mezclar y reposar los tubos 5 minutos a temperatura ambiente.
4. Leer la absorbancia (A) de los blancos de muestra a 560 nm frente agua destilada.
5. Leer la absorbancia (A) de las muestras y el patrón a 560 nm frente al blanco de reactivo.

## CALCULOS

$$\frac{A \text{ Muestra} - A \text{ Blanco muestra}}{A \text{ Patrón}} \times C \text{ Patrón} = \mu\text{g}/\text{dL} \text{ hierro}$$

Muestras con concentraciones superiores a 1000  $\mu\text{g}/\text{dL}$  deben diluirse 1:2 con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar los resultados por 2.

Para expresar los resultados en unidades SI aplicar:  
 $\mu\text{g}/\text{dL} \times 0,179 = \mu\text{mol}/\text{L}$



### VALORES DE REFERENCIA<sup>4</sup>

Suero

Hombres	60 - 175 µg/dL (10,7 - 31,3 µmol/L)
Mujeres	50 - 170 µg/dL (9,0 - 30,4 µmol/L)

Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de referencia.

### CONTROL DE CALIDAD

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener una exactitud independiente del sistema o instrumento empleado.

Para un control de calidad adecuado, se incluirán en cada serie controles valorados (normales y elevados) que se tratarán como muestras problema.

**REF 1980005** HUMAN MULTISERA NORMAL  
Valorado. Nivel normal de hierro.

**REF 1985005** HUMAN MULTISERA ABNORMAL  
Valorado. Nivel elevado de hierro.

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad y sus medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias exigidas.

### SIGNIFICADO CLINICO

Tras la absorción intestinal de hierro o como resultado de la destrucción eritrocitaria, los iones férricos se liberan en el plasma combinándose con las proteínas apotransferrina o apoferritina formándose transferrina y ferritina, respectivamente.

La primera transporta el hierro a la médula ósea para la eritropoyesis (producción de eritrocitos) y la segunda almacena el hierro en los tejidos, como el hepático, hasta su posterior utilización.

Un *aumento* en el nivel plasmático de hierro como resultado de una destrucción rápida de eritrocitos o por una ingesta excesiva de hierro pueden llevar a una sobrecarga de hierro, originando ésta última alteraciones en la deposición de hierro en los tejidos conocidas como *hemosiderosis* o *hemocromatosis*.

Por otro lado, una *disminución* en el nivel de hierro plasmático debida a malnutrición o malabsorción puede conducir a una anemia por déficit de hierro.

### NOTAS

- El material utilizado en el procedimiento debe estar exento de hierro. Se aconseja utilizar material desechable o lavarlo con ácido nítrico al 50 % (v/v).
- Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. Cualquier adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las características analíticas del método. Se recomienda validar periódicamente el instrumento. Consultar con su distribuidor para cualquier dificultad en la adaptación del método.
- El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de un único ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del paciente.

### CARACTERISTICAS ANALITICAS

- **Límite detección:** 2,69 µg/dL

- **Linealidad.** Hasta 1000 µg/dL

- **Precisión**

µg/dL	Intraserial		Interserial	
Media	106	144,7	106	144,7
DE	2,33	2,70	2,17	2,03
CV%	2,19	1,87	2,04	2,09
N	10	10	10	10

- **Sensibilidad.** 0,8 mAbs/ µg/dL hierro.

- **Correlación.** Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial similar (x). Los resultados fueron los siguientes:

$$N = 62 \quad r = 0,94 \quad y = 0,97x + 0,1$$

Las características analíticas han sido generadas usando un instrumento automático. Los resultados pueden variar según el instrumento utilizado.

### REFERENCIAS

1. Carter, P. Anal. Biochem. 40 : 450 (1971).
2. Artiss, J.D., Vinogrador, S., y Zak, B. Clin. Biochem. 14 : 311 (1981).
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Tietz, N.W., Fundamentals of Clinical Chemistry, p.940. W.B. Saunders Co., Philadelphia , 1987.

