

REF KR18100

CONTENIDO / CONTENTS / CONTEÚDO

8 x 32 mL

Sólo para uso diagnóstico *in vitro*
For *in vitro* diagnostic use only
Exclusivamente para utilização no diagnóstico *in vitro*

Extrawash cuvettes solution

SOLUCION LIMPIADORA PARA CUBETAS

CLEANING SOLUTION FOR CUVETTES

SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CUVETES

(S) APLICACIONES

Extrawash cuvettes solution debe ser utilizado a bordo de los analizadores automáticos KROMA para el lavado extra de cubetas.

ESTABILIDAD

Estable hasta la fecha indicada en la etiqueta, si se mantiene a 2-25°C, bien cerrada, protegida de la luz y evitando su contaminación.

PREPARACION

Listo para su uso. Atemperar, a temperatura ambiente la solución (15-30°C) antes de su uso.

PRECAUCIONES

Es necesario respetar las directrices de seguridad:

- Utilizar guantes desechables durante la manipulación.
- No pipetear con la boca.

EMPLEO

Seguir las instrucciones de trabajo incluidas en el Manual del usuario.

(E) INTENDED USE

Extrawash cuvettes solution must be used on board of the automatic analyzers class KROMA for extra on line cuvettes washing

STABILITY

Stable until the expiration date printed on the label when stored at 2-25°C, tightly closed, protect from light and contamination is avoided.

PREPARATION

Ready to use. Allow the solution to reach room temperature (15-30°C) prior to testing.

PRECAUTIONS

Is necessary to observe the following security directives:

- Use disposable gloves during the manipulation.
- Do not pipette by mouth.

PROCEDURE

See the instrument User Manual.

(P) APLICAÇÕES

Extrawash cuvettes solution deve ser utilizada nos analisadores automáticos KROMA para a lavagem suplementar de cuvetes.

ESTABILIDADE

Estável até à data indicada no rótulo se for mantida a 2-25 °C, bem fechada, protegida da luz e se for evitada a sua contaminação.

PREPARAÇÃO

Pronta a usar. Antes de a utilizar, deixar a solução à temperatura ambiente (15-30 °C).

PRECAUÇÕES

É necessário respeitar as directrizes de segurança:

- Utilizar luvas descartáveis durante a manipulação.
- Não pipetar com a boca.

UTILIZAÇÃO

Seguir as instruções de trabalho incluídas no Manual do utilizador.

KR18100-1/1007