

REF KR18300

CONTENIDO / CONTENTS / CONTEÚDO

10 x 50 mL

Sólo para uso diagnóstico *in vitro*
For *in vitro* diagnostic use only
Exclusivamente para utilização no diagnóstico *in vitro*

Systemic solution

SOLUCION LIMPIADORA GENERAL
GENERAL CLEANING SOLUTION
SOLUÇÃO DE LIMPEZA GERAL

(S) APLICACIONES

Systemic solution debe ser utilizado para preparar la solución sistémica usada en los analizadores automáticos KROMA para el lavado general de cubetas y agujas.

ESTABILIDAD

Estable hasta la fecha indicada en la etiqueta, si se mantiene a 2-25°C, bien cerrada, protegida de la luz y evitando su contaminación.

PREPARACION

Abrir el envase con mucho cuidado, evitando la pérdida de líquido. Llenar un tanque de 20 litros con agua bidestilada y añadir el contenido del envase de 50 ml de la solución y agitar suavemente el tanque. Verter la solución preparada en el tanque de solución sistémica del instrumento, usar el embudo limpio para volver a llenarlo.

PRECAUCIONES

Es necesario respetar las directrices de seguridad:

- Utilizar guantes desechables durante la manipulación.
- No pipetear con la boca.

EMPLEO

Seguir las instrucciones de trabajo incluidas en el Manual del usuario.

(E) INTENDED USE

Systemic solution must be used to prepare the systemic solution used by the automatic analyzers KROMA for ordinary on line cuvette and needles washing.

STABILITY

Stable until the expiration date printed on the label when stored at 2-25°C, tightly closed, protect from light and contamination is avoided.

PREPARATION

Open one bottle very carefully, avoiding liquid leakages. Fill one tank of 20 L with bidistilled water and add the 50 mL of the contents of the bottle and shortly shake the

tank. Decant the prepared solution in the systemic solution tank of the instrument; using the clean funnel for refilling.

PRECAUTIONS

Is necessary to observe the following security directives:

- Use disposable gloves during the manipulation.
- Do not pipette by mouth.

PROCEDURE

See the instrument User Manual.

(P) APLICAÇÕES

Systemic solution deve ser utilizada para preparar a solução sistémica usada nos analisadores automáticos KROMA para a lavagem geral de cuvetes e agulhas.

ESTABILIDADE

Estável até à data indicada no rótulo se for mantida a 2-25 °C, bem fechada, protegida da luz e se for evitada a sua contaminação.

PREPARAÇÃO

Abrir um frasco com muito cuidado, evitando a perda de líquido. Encher um tanque de 20 litros com água bidestilada e juntar o conteúdo do frasco de 50 ml da solução e agitar suavemente o tanque. Verter a solução preparada no tanque de solução sistémica do instrumento, usando o funil limpo para voltar a enchê-lo.

PRECAUÇÕES

É necessário respeitar as directrizes de segurança:

- Utilizar luvas descartáveis durante a manipulação.
- Não pipetar com a boca.

UTILIZAÇÃO

Seguir as instruções de trabalho incluídas no Manual do utilizador.

KR13200-1/1007

